Basis Z

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte

Anfrage	1,0 D	0,5 D	1,0 D	Anfrage
0,0 D	+10,0 D	+30,0 D	+35,0 D	

hydrophob

Nominale A-Konstante (A) 118,9	A-Konstante* 119,033 (SRK/T)
Haigis Konstanten* a0 = 0,8751 a1 = 0,2659 a2 = 0,1416	Holladay 1* 1,809 (SF) Holladay 2 5,57 (ACD)
Hoffer Q* 5,60 (pACD)	Barrett* 1,90 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index 1,47	Abbe-Zahl 58

Linsentyp 1-teilige Hinterkammerlinse	Sterilisation EO
Material biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	Injektionssystem 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB
Haptik Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Filter UV-Filter, Blaulichtfilter

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte
B1ADY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
B1ADY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S1ADY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D

Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1016

Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

Leading IOL solutions

CE 0482 Rev.: 1016-V05-07/2026

1stQ Deutschland GmbH | Konrad-Zuse-Ring 23, 68163 Mannheim